

# Zertifikat zur Fremdüberwachung 2024

## Reg.-Nr. 28/2004/6

Überwachte Firma:

asecos GmbH  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
63584 Gründau  
Deutschland

Die oben genannte Firma ist Hersteller von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14470-2. Bezüglich der Feuerwiderstandsdauer wurde im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß Überwachungsvertrag Nr. 28/2004/6 eine freiwillige Fremdüberwachung durchgeführt.

Durch die Überwachungsstelle

MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
09599 Freiberg  
Deutschland

wird das Herstellerwerk jährlich einer Überwachung unterzogen und die produzierten Schränke hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem klassifizierten Typ beurteilt. Weiterhin wird die werkeigene Produktionskontrolle hinsichtlich der für das Brandverhalten der Sicherheitsschränke signifikanten Aspekte überprüft.

Datum der Inspektion: 24.01.2024  
Datum Feuerwiderstandsprüfung: 15.02.2024  
entnommenes Schrankmodell: V90.196.081.VDAC

Die gestellten Anforderungen an die werkeigene Produktionskontrolle sowie die Übereinstimmung mit der Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemäß DIN EN 14470-1 bzw. DIN EN 14470-2 wurden erfüllt.

Freiberg, den 03.06.2024

  
Dr.-Ing. A. Meißner

Prüfstellenleiter Brandschutz



  
M. Fischer, B. Sc.

Prüfingenieur Brandschutz